CONTACT®
SÉCURITÉ

DECLARATION DE CONFORMITE

CE

Je soussigné Benjamin ZARKA, Directeur Commercial et du Marketing, agissant de droit, assure et déclare que le produit suivant satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux (exigences générales et relatives) du titre 5 bis du code de la Santé Publique relatif au marquage CE des dispositifs médicaux de la classe I selon la loi N°94-93 du 18 Janvier 1994 (titre premier-Chapitre3-Section 4) et le décret N°95-292 du 16 Mars 1995 transposant en droit français la directive 93/42/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 14 Juin 1993.

- Support mural pour aspirateur de mucosités «VACU-AIDE & LCSU» réf. SVACU

Cette déclaration est établie aux vues des essais à 10 g réalisés avec succès par l'UTAC (Dossier n°AFFSEP1002892) conformément aux spécifications techniques de la Norme Européenne EN 1789.

10 G
UTAC

Etablie ce jour pour faire valoir ce que de droit

Fait à Tours, le 26 novembre 2010

ZARKA Benjamin
Directeur Commercial et du Marketing

Nota : Ce document comporte 1 page
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
e-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : http://www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification