FICHE TECHNIQUE
Edition juin 2016

HARNAIS A DEPRESSION PEDIATRIQUE BABY GUARD®

Réf. **BABY GUARD**

LES ✚ PRODUIT

- **Produit 2 en 1 :**
  MATELAS A DEPRESSION
  +
  HARNAIS DE MAINTIEN
- **Patient de 3 à 36 kg**

GARANTIE QUALITÉ 1 an | FABRIQUÉ EN FRANCE | CE | Classe produit : I | Conforme aux exigences de la norme NF EN 1865

DESCRIPTIF

Ce dispositif 2 en 1 remplace le matelas à dépression et le harnais de maintien pédiatrique. Il se compose d'une chambre à dépression en toile à enduction polyuréthane et nylon type Cordura, d'un harnais 5 points avec boucles métal réglages, de 3 sangles réglables de fixation au brancard et 4 poignées de portages latérales ergonomiques et confortables. Forme anatomique et anti-rétractable. Valve de sécurité en plastique ABS radio-transparente. Permet l'immobilisation et le transport du nouveau-né à l'enfant de 3 à 36 kg.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES





- Billes en « vrac »
- Anti-rétraction
- Forme anatomique.
- Dimensions : 1 x 0,70 m. Poids : 2,5 kg. Epaisseur : 5 cm
- Triple couche (2 couches polyuréthane + 1 couche Nylon type « Cordura »)
- 4 poignées de portage ergonomiques dont 2 poignées sur chacun des grands côtés
- 3 sangles réglables et équipées de boucles métalliques à fermeture rapide résistantes à 1000 kg de traction et permettant son ancrage sur le brancard
- 1 Valve automatique et radio-transparente
- Marquage personnalisé possible suivant quantitatif / nous consulter

CONTACT SÉCURITÉ
LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault - F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : + 33 (0) 247 28 29 30 - Fax. : + 33 (0) 247 28 30 40
E-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - www.contactsecurite.fr
SA au capital de 110 080 - R.C. B 328 579 115 - Code APE 3250A - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

FICHE TECHNIQUE
Edition juin 2016

HARNAIS A DEPRESSION PEDIATRIQUE BABY GUARD®

Réf. **BABY GUARD**

CONDITIONNEMENT

Livré avec un sac de transport

CONSERVATION ET STOCKAGE

- Le stockage du dispositif s'effectue en lieu sec, sans humidité et à l'abri du soleil.
- Température de stockage comprises entre +2°C à +30°C

UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Le dispositif doit être contrôlé au moins une fois par mois. Si un dommage est constaté, mettre le dispositif hors services et appeler CONTACT SECURITE S.A.. Le dispositif doit être nettoyé avec un détergent doux ou avec de l'eau savonneuse. Si le dispositif est mouillé, faites le sécher complètement à plat.

ACCESSOIRES

- Pompe type seringue (Réf. PSAD)
- Kit de réparation (Réf.NKIT)



CONTACT SÉCURITÉ
LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault - F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : + 33 (0) 247 28 29 30 - Fax. : + 33 (0) 247 28 30 40
E-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - www.contactsecurite.fr
SA au capital de 110 080 - R.C. B 328 579 115 - Code APE 3250A - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115