JUIN 2016

PLAN DUR D'EVACUATION
Réf / PDEP

Le portoir plan dur d'évacuation PDEP est une planche d'immobilisation destinée aux patients affectés de lésions cervicales et ou du rachis. D'une épaisseur de 4,8 cm, le portoir plan dur permet d'isoler le patient du sol et de l'évacuer en toute sécurité. Conçu en polyéthylène haute densité, ce dispositif peut être utiliser dans l'eau ou sur la neige.

Plan dur d'évacuation en polyéthylène haute densité orange. Faible encombrement (épaisseur : 4,3 cm.), rigide, léger (poids 6,8 kg.), résistant aux chocs, imputrescible, radio-transparent, il est équipé de 14 emplacements anatomiques pour le passage des mains et 12 découpes pour la fixation de sangles et d'un immobilisateur de tête.
Dimensions : Longueur : 184 cm. Largeur : 40,5 cm. Epaisseur : 4,5 cm. Poids : 6,2 kg. Charge maximale : 180 kg.

Ce dispositif ne peut être utilisé que par du personnel qualifié et formé.

1) Immobiliser cou du patient à l'aide d'un collier cervical
   Placer le portoir parallèlement au patient.

2) Position le patient latéralement tout en lui maintenant le cou, le dos, les hanches et las jambes dans un parfait alignement. Puis incliner le portoir jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le patient.

3) Un fois positionné mettre l'ensemble Patient/Portoir à l'horizontal.

4) Centrer le patient sur le portoir en le manipulant à trois personnes minimum.

5) Boucler en premier les ceintures du tronc inférieur. Serrer les deux ceintures de la même façon, de telle manière que l'extracteur soit maintenu en place en toute sécurité. Boucler la boucle supérieure sans serrer.

6) Si nécessaire utiliser un coussinet pour le cou afin de remplir le vide entre le cou et l'extracteur qui permettra un support
   Placer une ceinture au-dessous de chaque jambe.
   Tirer l'extrémité entre les jambes et accoupler les au receveur qui se trouve de l'autre côté de l'extracteur.

7) Serrer les deux ceintures de jambe. En cas de soupçon de blessure à l'aine, passer le restreint autour de la jambe et accoupler le sur le même côté **(**Nota : l'utilisation des ceintures de jambe n'est pas recommandée en cas d'un soupçon de fracture du fémur ou du pelvien).

8) Positionner les panneaux de tête autour de la tête du patient. Eviter tout mouvement du cou. Attacher la ceinture du front. La ceinture pour le menton peut être aussi utilisée autour du collier cervical comme aide pour le support du cou. Emboîter toutes les ceintures, le patient est maintenant prêt pour être enlevé

CONTROLE ET ENTRETIEN

Le dispositif doit être contrôlé au moins une fois par mois. Si un dommage est constaté, mettre le dispositif hors services et appeler CONTACT SECURITE S.A. Le dispositif doit être nettoyé avec un détergent doux ou avec de l'eau savonneuse. Si le dispositif est mouillé, faites le sécher complètement à plat.

GARANTIE LIMITEE

Ce produit est garanti par CONTACT SECURITE S.A. d'être sans défaut pour une période de 1 an sous réserve d'une utilisation normale.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115